



AMBULANS / ACİL SAĞLIK ARACI DENETLEME FORMU

DENETLENEN ARACIN

Sahibi		Tarih/Saat	
Plakası		Araç Telsizi	
Sınıfı		El Telsizi	
Denetim Adresi		Telefon	

Sıra No	MEVZUATLA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEME	MEVZUATA UYGUNLUĞU		EKSİKLİK GİDERİLMESİ İÇİN VERİLECEK SÜRE	EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGUNLUK BELGESİ İPTAL SÜRESİ
		VAR	YOK		
1	Ambulans için; TSE tarafından düzenlenen belge ve Müdürlükçe düzenlenen Ambulans Uygunluk Belgesi var mı?				Süresiz
2	Bulundurduğu ambulansın/aracın sınıfına uygun personel var mı?				90 gün*
3	Ambulansta çalışan tüm sağlık personelinin çalışma izin belgesi var mı?			5 gün	30 gün*
4	Ambulansta çalışan sağlık personelinin bu Yönetmelikte istenilen kurslara ait kurs belgesi var mı?			30 gün	60 gün*
5	Mevzuata aykırı çalışan yabancı uyruklu hekim var mı?			---	30 gün
6	Ambulanlarda/araçlarda bulunması zorunlu hekim ve sağlık personeli yerine öğrenci, stajyer çalışıyor mu?				30 gün*
7	Ambulans ve acil sağlık araçları Yönetmelikte geçen teknik ve tıbbi özelliklere uygun mu?				Süresiz*
8	Ambulanlarda Yönetmelikte geçen tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar bulunuyor mu?			3 gün	90 gün*
9	Ambulans/Acil sağlık araçları başka kişi ve kuruluşlarca kullanılıyor mu?				Süresiz
10	Ambulans/araç üzerinde ambulansın niteliğini gösteren yazı var mı?			15 gün	30 gün
11	Hasta gözlem formu var mı?			3 gün	30 gün
12	Ambulansta kıyafet düzenlemesine uyuluyor mu?			7 gün	15 gün
13	Ambulansta personel kimlik kartı kullanılıyor mu?			7 gün	15 gün
14	Ambulanlar/araçlar amacı dışında kullanılıyor mu?			---	Süresiz*
15	Ambulanların hijyenik koşulları sağlık hizmeti sunulmasına uygun mu?				30 gün
16	Ambulans ücretleri il tespit komisyon kararlarına uygun olarak uygulanıyor mu?				30 gün*
17	Ambulans için; Müdürlükçe düzenlenen Acil Sağlık Aracı Uygunluk Belgesi var mı?			---	Süresiz*
18	Ambulansta bulunması zorunlu tıbbi cihazların yılda en az bir kez kalibrasyonu yapılıyor mu?			7 gün	30 gün
19	Yönetmeliğe aykırı başka uygunsuzluk hali var mı?			7 gün	30 gün*

(*) 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16 ncı Maddelere uygunsuzluğun ikinci kez tespiti halinde ayrıca ambulans belgeleri iptal edilir.
Not:Bu formda saptanan eksiklikleri Denetim ve teftiş Defterine kaydediniz.

Komisyon Başkanı
Adı Soyadı İmza

Üye
Adı Soyadı İmza

Üye
Adı Soyadı İmza

Mesul Müdür
Adı Soyadı İmza

S.No:	AMBULANSLARDA BULUNDURULACAK ASGARİ TIBBİ CİHAZ ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI	HASTA NAKİL	ACİL YARDIM	VAR	YOK
1	Ana Sedye	1	1		
2	Kombinasyon Sedye	1	1		
3	Vakum Sedye	1	1		
4	Faraş Sedye	---	1		
5	Sırt Tahtası (Baş sabitleyici ile birlikte)	1	1		
6	Traksiyon Atel Seti	---	1		
7	Asgari 6 değişik parçalı şişme atel veya vakum atel seti	1	1		
8	Boyunluk Seti	1	1		
9	Ked Kurtarma Yeleği	---	1		
10	Sabit Oksijen Tüpü Ve Prizi	1	1		
11	Portatif Oksijen Tüpü *	1	1		
12	Transpor Ventilator Cihazı (Erişkin ve Pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH2O] ayarlanabilir, PEEP valfli)	---	1		
13	Mekanik Ventilator Cihazı	1	---		
14	Sabit Vakum Aspiratörü	1	1		
15	Portatif Aspiratör *	1	1		
16	Sabit Tansiyon Aleti (Steteskoplu)	1	1		
17	Portatif Tansiyon Aleti (Steteskoplu)	1	1		
18	Oksimetre *	---	1		
19	Termometre	1	1		
20	Diagnostik Set (Otoskop, Oftalmoskop, Rineskop)	1	1		
21	Serum Askısı	2	2		
22	Enjektör Pompası	---	1		
23	Defibrilatör (Monitörlü)	---	1		
24	Otomatik eksternal defibrilatör	1	---		
25	Kalp monitörü *	---	1		
26	Canlandırma Ünitesi (Balon valf maske seti, Laringoskop seti, Portatif oksijen tüpü, Entübasyon tüpleri, Hava yolu tüpü, Oro/nazofaringeal kanüller, Kalorimetrik cihaz)	1	1		
27	Isı İzolasyonlu Kap	---	1		
28	Oksijen Maskesi (Rezervuarlı) ve Nazal Kateterler (Set)	1	1		
29	Aspirasyon Kateterleri (3 Farklı Boyda)	1	1		
30	Muhtelif Boyda İdrar Sondası Ve Torbası	1	1		
31	Muhtelif Ölçüde Enjektör	10	10		
32	Toraks drenaj kiti	---	---		
33	Basınçlı infüzyon cihazı	---	---		
34	Perikardiyal delme kiti	---	---		
35	Merkezi (santral) ven sondası (kateteri)	---	---		
36	Harici kalp atışı düzenleyici (eksternal pace maker) özelliği olan defibrilatör *	---	---		
37	Acil Doğum Seti	---	1		
38	Kan şekeri ölçüm cihazı	1	1		
39	Kapnometri *	---	1**		
40	Yanık seti (Alüminyum veya jel esaslı yanık örtüsü, yanık sargısı ve kompresler)	---	1		
41	Temel Tıbbi Malzeme Çantası (Yüzük Kesme Makası, Turnike, Steril Spanç, Kompres, Kanama Durdurucu Materyal, Sargı Bezi, Elastik Bandaj ve Plaster İçermeli)	1	1		
42	Serum Seti Ve Kelebek Set İle İntraketler	5	5		
43	Personel Görev Kıyafeti (Yansıtıcı)	2	3		
44	Cenaze Torbası	2	2		

(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünleşik ise ayrıca istenmez

(**) Kullanıcıların isteğine bağlı olarak bulundurulabilir

S.No:	AMBULANSLARDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE SERUMLAR	HASTA NAKİL	ACİL YARDIM	VAR	YOK
1	ADRENALİN 1 Mg AMP.	5	10		
2	AMİNOCARDOL AMP.	1	4		
3	LİDOKAİN % 2 AMP.	1	5		
4	ATROPİN 0,5 Mg AMP.	5	10		
5	ANTİHİSTAMİNİK AMP.	2	4		
6	BETA BLOKER AMP.	---	2		
7	SPAZMOLİTİK AMP.	1	4		
8	CALCIUM AMP.	1	3		
9	CİTANEST FLK. (Prilocine)	1	1		
10	KORTİKOSTEROİD AMP.	5	10		
11	DIAZEPAM AMP. *	2	5		
12	DİLTİAZEM 25 Mg. AMP.	---	2		
13	DOPAMİN 40 AMP.	---	2		
14	DORMİCUM 5 Mg AMP.	---	1		
15	ANTIEMETİK AMP. *	1	2		
16	ANTIPILEPTİK AMP. *	---	2		
17	ETİL CHLORİDE SPREY	---	1		
18	İSOPTİN AMP.	---	2		
19	JETOCAİNE AMP.	1	2		
20	LASİX AMP. (Furosemide)	---	5		
21	AMİADARONE AMP.	---	2		
22	ANALJEZİK AMP. *	5	10		
23	NAHCO3 AMP.	5	10		
24	NALOKSAN AMP.	---	1		
25	NİTRODERM TTS 5 ve 10 Mg	---	2 'şer		
26	H2 BLOKER AMP.	2	4		
27	SERUM FİZYOLOJİK AMP.	5	10		
28	İNHALER veya NEBUL (Salbutamol)	1 İnhaler 3 Nebul	1 İnhaler 6 Nebul		
29	ANESTEZİK POMAD	1	2		
30	ANTİMİKROBİYAL POMAD	1	2		
31	ŞİLVERDİN POMAD	1	2		
32	ASETİLSALİSİLİK ASİT TB	5	10		
33	AKTİF KÖMÜR TÜP	1	2		
34	İSORDİL 5 Mg TB	1	1		
35	KAPTORİL 25 Mg TB	1	1		
36	% 20 DEXTROSE 500 cc	1	3		
37	İSOLYTE 500 cc	5	5		
38	İSOLYTE P 500 cc	5	5		
39	İSOLYTE S 500 cc	5	5		
40	İZOTONİK 500 cc	5	5		
41	MANNİTOL 500 cc	2	2		
42	RİNGER LAKTAT 500 cc	2	5		
43	MAGNEZYUM SÜLFAT AMP.	2	5		
44	FLUMAZENİL AMP.	1	2		
45	PARACETAMOL TB.	10	10		

(* Bu grup ilaçlar içerisinde kontrole tabi olanlar; suistimal edilmesi riskine karşı ambulans görevli doktora zimmet karşılığı teslim edilecek ve kayıtları usulüne uygun olarak tutulacaktır.